

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA
PHẠM NGỌC THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2914 /TĐHYKPNT-TBDA
V/v mời các đơn vị có năng lực và
quan tâm đến gói thầu “Mua thiết bị
phục vụ thí nghiệm thuộc Dự án
nhiễm nấm Talaromyces năm 2024”
– Lần 2.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Quý Nhà cung cấp.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai gói thầu: “Mua thiết bị phục vụ thí nghiệm thuộc Dự án nhiễm nấm Talaromyces năm 2024”.

Để có cơ sở lập giá dự toán, Nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực và quan tâm đến gói thầu “Mua thiết bị phục vụ thí nghiệm thuộc Dự án nhiễm nấm Talaromyces năm 2024” của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gửi Thư báo giá được niêm phong về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo phụ lục bảng yêu cầu báo giá.

Thành phần hồ sơ gồm:

- Bảng báo giá dịch vụ đủ 05 thiết bị tại Phụ lục Bảng yêu cầu chào giá (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi phí liên quan khác).
- Hồ sơ năng lực của Công ty.
- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày.

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng cả hai hình thức sau:

- Qua địa chỉ e-mail: thietbi@pnt.edu.vn
- Trực tiếp về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Địa chỉ: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Số 02 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian gửi: trước 16 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2024

Chi tiết liên hệ: ThS. Ngô Minh Nhã - số điện thoại: 0919 676 242, Phòng Thiết bị - Dự án.

**Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá:*

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước

ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài;

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;

- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật 22;

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trân trọng./.

(Đính kèm: Phụ lục Bảng yêu cầu báo giá)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HT và các Phó HT;
- P.CNTT (để đăng Website);
- Lưu: VT-TB-DA, N (02b).

**KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

(Đã ký)

TS. BS. Phạm Quốc Dũng

PHỤ LỤC

(Đính kèm Công văn số 2914/TĐHYKPNT-TBDA ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Trường
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

STT	Tên thiết bị	Xuất xứ	Đặc tính	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy ly tâm đa năng có rotor và adapter kèm theo	Châu Âu	<ul style="list-style-type: none"> - Rotor gàu văng với tốc độ 3.214 x g (3.900 vòng/phút) - Adapter: <ul style="list-style-type: none"> 2 adapter cho 7 ống falcon 50 mL 2 adapter cho 14 ống falcon 14mL - Max. RCF: 20.913 × g - Max. RCF với rotor góc cố định: 20.913 × g - Max. RCF với rotor thùng văng: 4.500 × g - Max. RCF với rotor đĩa: 3.486 × g - Tốc độ: 200 – 14,000 rpm (bước điều chỉnh 10 rpm) - Dung lượng tối đa: 4 × 750 mL/4 × 4 MTP - Tùy chọn rotor: 18 - Số bước phanh: 10/10 - Số chương trình: 35 - Hẹn giờ: 1 - 99 phút, với tính năng chạy liên tục, ly tâm nhanh - Độ ồn: <70 dB(A) với rotor văng; <56 dB(A) với rotor góc - Làm lạnh: Không 	Bộ	1
2	Pipette đơn kênh 5ml	Châu Âu	<ul style="list-style-type: none"> - Thể tích hút: 0.5-5mL - Làm từ vật liệu chịu hoá chất. - Do nhu cầu tránh được lây nhiễm chéo: toàn bộ Pipet có thể khử trùng ược ở 120°C trong 20 phút. - Có hai nấc nhấn, đảm bảo nhả hết dung dịch khỏi đầu tip, không làm tổn hoá chất. - Chỉ cần một nút để chọn thể tích, hút và đẩy đầu hút. - Hiện thị bốn số (có thể nhìn thấy rõ từ mọi góc độ). - Chốt khóa thể tích để có thể sử dụng như một pipet cố định 	Cái	1
3	Tủ lạnh bảo quản	Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Loại tủ: Tủ đứng, 2 cánh mở trên dưới - Dung tích 340 Lít 	Cái	1

STT	Tên thiết bị	Xuất xứ	Đặc tính	Đơn vị tính	Số lượng
			- Nhiệt độ: 0 - 10 °C		
4	Kính hiển vi sinh học có tích hợp camera	Châu Á	<p>Kính hiển vi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thị kính Điểm mắt cao, trường nhìn rộng WF10x/18mm - Thị kính phẳng PL10x/18mm (có tùy chọn opinter) - Vật kính Vật kính không sắc 4X/10X/40X/100X <p>Camera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải cao 48mp. - Độ phân giải của hình ảnh HDMI: 1920x1080 60FPS - Định dạng video: MP4, MOV (dành cho thẻ TF) - Độ phân giải video USB: 1920x1080 @ 30FPS - Cung cấp cổng đầu ra video HD USB, HDMI <p>Bộ máy tính bàn Model: Bộ PC lắp ráp i5</p>	Cái	1
5	Tủ âm 80 và dụng cụ đi kèm	Châu Á	<ul style="list-style-type: none"> - Phạm vi nhiệt độ: -86°C đến -50°C - Khả năng làm lạnh: -80°C (với điều kiện nhiệt độ môi trường là 30°C) - Kích thước ngoài (W x D x H) khoảng: 1010 x 870 x 2010 mm - Dung tích: lớn hơn 720 lít - Phụ kiện đi kèm: Giá đựng hộp chứa mẫu đủ cho toàn tủ 	Cái	2