

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA
PHẠM NGỌC THẠCH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3915/TĐHYKPNT-TBDA
V/v mời các đơn vị có năng lực và quan tâm
đến dự toán mua sắm “Cung cấp thiết bị
chuyên dụng phòng thí nghiệm của
dự án TMRC”

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Quý nhà cung cấp.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai dự toán mua sắm “Cung cấp thiết bị chuyên dụng phòng thí nghiệm của dự án TMRC”.

Để có cơ sở lập giá dự toán, nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực và quan tâm đến dự toán mua sắm “Cung cấp thiết bị chuyên dụng phòng thí nghiệm của dự án TMRC”, vui lòng gửi Báo giá với các yêu cầu như sau:

- **Nội dung yêu cầu báo giá:** Theo Phụ lục đính kèm và biểu mẫu “Báo giá danh mục hàng hóa/dịch vụ” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Bảng báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan (Chủ đầu tư không phải trả chi phí nào phát sinh thêm).

- **Thành phần báo giá (Tài liệu đính kèm khác) gồm:**

1. Bảng báo giá 01 bộ bản gốc (bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan – Chủ đầu tư không phải trả chi phí nào phát sinh thêm). Phụ lục chi tiết đơn giá cho từng hạng mục công việc cụ thể theo danh mục của yêu cầu báo giá. Báo giá được ký bởi đại diện hợp pháp của Công ty và được đóng dấu tròn. Nếu có nhiều trang thì giáp lai tất cả các trang của báo giá;

2. Hồ sơ năng lực phù hợp với yêu cầu của gói thầu tham gia báo giá;

3. Giấy phép đăng ký kinh doanh;

4. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 180 ngày.

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng hình thức sau:

1. Nhận báo giá online trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia – muasamcong.mpi.gov.vn

2. Các báo giá nhận được sau thời điểm kết thúc trên hệ thống muasamcong.mpi.gov.vn sẽ không được xem xét.

Thời gian gửi: đến hết ngày 29 tháng 10 năm 2026

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Trần Thu Thảo

- Chức vụ: Chuyên viên Phòng Thiết Bị Dự Án

- Số điện thoại: 0366966024

- Địa chỉ email: thietbi@pnt.edu.vn

**Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá:*

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài;

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;

- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật 22;

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

(Đính kèm: Phụ lục Bảng yêu cầu báo giá)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

Như trên;

HT và các PHT;

P.CNTT (để đăng Website);

Lưu: VT, TBDA-TT (02b).

**TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG TBDA
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Đã ký

Võ Ngọc Thông

PHỤ LỤC

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Đính kèm Công văn số: 3915/TĐHYKPNT-TBDA ngày 19 tháng 10 năm 2026 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hoá tham khảo hoặc tương đương	Ghi chú
1	Tủ lạnh âm sâu -152°C	Cái	1	Yêu cầu chung: - Thiết bị đồng bộ mới 100%. - Năm sản xuất: không quá 12 tháng khi nhận hàng. - Nguồn điện sử dụng: 220V. - Thiết bị đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485. - Xuất xứ (máy chính): Nhóm G7. - Dung tích: $\geq 120\text{L}$, dạng tủ nằm. - Nhiệt độ điều khiển: $\leq -150^{\circ}\text{C}$ đến $\geq -130^{\circ}\text{C}$. Yêu cầu cấu hình: - Tủ chính: 01 cái. - Nắp đáy bên trong tủ: 01 cái. - Dụng cụ cào tuyết: 01 cái. - Chìa khóa cửa tủ: 01 bộ. - Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ: 01 bộ. - Bộ backup LN2: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ. Yêu cầu kỹ thuật: - Dung tích: $\geq 120\text{L}$, dạng tủ nằm. - Tương thích được với các bộ backup nito lỏng - Kích thước ngoài (W x D x H): $\leq 1500 \times 830 \times 1000 \text{ mm}$ - Vật liệu bên ngoài tủ: thép mạ kẽm với lớp sơn tĩnh điện bên ngoài. - Vật liệu bên trong tủ: nhôm tấm hoặc tương đương. - Viền trên cạnh cửa được gia nhiệt giúp ngăn chặn đóng tuyết gây cản trở việc đóng mở tủ. - Cửa tủ làm bằng thép được sơn phủ. - Trên tay cầm mở cửa tủ được trang bị ổ khóa an toàn.	Ghi rõ tên hàng hóa theo tên khi xuất hóa đơn, năm sản xuất, xuất xứ, hãng sản xuất, thương hiệu, model, thông số kỹ thuật chi tiết, thời gian đặt hàng (nếu có). Lưu ý: Bảng báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí di chuyển, vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác có liên quan. Nhà thầu thuyết minh đáp ứng kỹ thuật của thiết bị khi chào giá, có phụ lục tài liệu tham chiếu.

			- Bên trong có 01 nắp đậy tủ (cửa trong). - Vật liệu cách nhiệt: PUF bọt cứng (Rigid polyurethane foamed). - Tủ có ngõ kết nối để đưa đầu dò nhiệt độ vào trong tủ. - Tủ có bánh xe di chuyển và có chân cân bằng cố định tủ trên sàn. - Khoảng nhiệt độ điều khiển: $\leq -150^{\circ}\text{C}$ đến $\geq -130^{\circ}\text{C}$. - Hệ thống điều khiển nhiệt độ vi xử lý với bộ nhớ tĩnh điện. - Hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số đèn LED hoặc LCD. - Cảm biến nhiệt độ: PT 100Ω hoặc tương đương. - Tủ sử dụng 02 máy nén kiểu kín. - Chất làm lạnh: HFC - Bộ lọc dàn nóng nằm phía trước tủ giúp bảo trì dễ dàng. - Tiết kiệm điện. Công suất tiêu thụ $\leq 1600\text{W}$. - Độ ồn: $\leq 53\text{ dB}$. Tính năng an toàn: + Cảnh báo nhiệt độ cao: chênh lệch $+10^{\circ}\text{C}$ hoặc $+15^{\circ}\text{C}$ so với nhiệt độ cài đặt. + Có nút nhấn để hoãn báo động. Sau thời gian nhất định, âm báo tiếp tục vang lên nếu nguyên nhân gây báo động vẫn còn. + Báo động khi mất nguồn bằng đèn và âm báo (sử dụng pin tự sạc). + Đèn báo kiểm tra bộ lọc dàn nóng. + Tự chẩn đoán lỗi và hiển thị lỗi trên màn hình Yêu cầu khác: - Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại đơn vị sử dụng. - Cung cấp hồ sơ thẩm định lắp đặt (IQ – Installation Qualification), thẩm định vận hành (OQ – Operational Qualification) và thẩm định hiệu năng (PQ – Performance Qualification) cho thiết bị.	
--	--	--	--	--

			- Ưu tiên hiệu chuẩn bởi đơn vị có năng lực ISO/IEC 17025 hoặc bằng thiết bị chuẩn có hiệu chuẩn còn hiệu lực và truy xuất chuẩn; trường hợp không đáp ứng, nhà cung cấp đề xuất phương án tương đương để xem xét chấp thuận. - Đầu dò/thiết bị theo dõi nhiệt độ đi kèm phải được hiệu chuẩn hoặc kiểm tra/xác nhận độ chính xác trước khi bàn giao. - Thời gian giao hàng ≤ 03 tháng. - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. - Chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành (≥ 5 năm).	
--	--	--	---	--